

CERTIFICAAT

Artikel 7 - Metrologiewet

Overeenstemmingsmerkteken

Sign of certification seal

Zie weegtoestel

Nummer certificaat

Number of the verification certificate

080108

Object : Voertuigweegbrug

Object of verification

Toelating : D0109008

Approval

Fabricaat : PFISTER

Manufacturer

Nauwkeurigheidsklasse : III

Accuracy class

Type : VDBF-18/ DWT800

Type

Minimale belasting : 500 kg

Minimum load

Serienr. : 74400711

Serial number

Maximale belasting : 60.000 kg

Maximum load

Datum : 07.03.2014

Date of verification

Kleinste meeteenheid : 20 kg

Smallest measuring step

Aanvrager : Firma Klouwers Terneuzen

Applicant/customer

Lange Reksestraat 10

4538 AZ TERNEUZEN

Schaaldeel "e"

Verification "e"

: 20 kg

Opmerking

Tijdens de Herhaalde Overeenstemmingsbeoordeling artikel 7 Metrologiewet zijn de meetwaarden binnen de toegelaten toleranties gebleven.

During calibration the measuring values were, according the applied test criteria, within the allowed tolerances;

Toegelaten handelstoleranties: +/- 20 kg in het meetbereik van 500 kg tot 10.000 kg.

Allowed tolerances for trade +/- 40 kg in het meetbereik van 10.000 kg tot 40.000 kg.

+/- 60 kg in het meetbereik van 40.000 kg tot 60.000 kg.

De toegepaste meetwaarden zijn afgeleid van de nationale eenheden van Nederland in beheer van het Nederlands Meet Instituut te Delft.

The measuring values applied are taken from the national units of measure of the Dutch Weights and Measurement Authorities

Dit certificaat draagt geen enkele geldigheid wanneer niet voorzien van ondertekening door Erkende Keurder.

Reproductie van het volledige certificaat is toegestaan. Gedeelten van het certificaat mogen slechts worden gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van Pfister Weegtechniek B.V.

Verification certificates without signature are not valid. This verification certificate shall not be reproduced except in full without written permission of PFISTER Weegtechniek BV.

Oosterhout, 14 maart 2014

A. Baekx

Pfister Weegtechniek BV
Technologieweg 6
NL - 4906 AC Oosterhout

Tel: +31 (0)162 - 430450
Fax: +31 (0)162 - 432624
office@pfisterweegtechniek.nl

Bankrekening: 14.51.52.510
IBAN: NL32RABO0145152510
BIC: RABONL2U

Directeur: Bas van Leijssen
BTW-nr.: NL - 8181.48.081-B01
KvK-nr.: 201 30591 (N-Br.)

ONDERZOEKSMETHODE:

Method of testing:

1. Het weegwerktuig is op locatie (in situ) in stappen belast met massastandaarden.
The weighing apparatus has been loaded on location in steps with mass standards.
2. Bij elke belastingstap is het verschil tussen de massa van de referentiemassa-standaarden en de door het weegwerktuig weergegeven waarden geregistreerd.
During each step the difference between mass and reference mass standards and the values shown by the weighing apparatus were registered.
3. De resultaten van een deelttest voldoen ('akkoord'), indien de gemeten afwijking kleiner is dan of gelijk is aan de bijbehorende maximaal toelaatbare afwijking.
Results of the intermediate test are approved if the measured deviation is smaller or equal to the corresponding maximum allowed deviation.
4. Als één of meer gemeten afwijking(en) groter is/zijn dan de bijbehorende maximaal toelaatbare afwijking voldoet de installatie niet aan de gestelde eisen.
Rejection will follow if one or more measured deviations are larger than the corresponding maximum allowed deviation.

VERKLARING AANDUIDING TOETSINGSCRITEIA:

Explanatory abbreviations test criteria

- Metrologiewet 02-02-2006 volgens EN 45501 - 1992
Metrology decree 02-02-2006 following EN 45501 - 1992

RESULTAAT

Result

De meetresultaten van de Herhaalde Overeenstemmingsbeoordeling zijn gearhiveerd bij de keurende instantie

The test results of the verification of the new weighing apparatus have been filed at the examining authority.

Oosterhout, 14 maart 2014



A. Backx